


靜脈輸液照護 衛教單張



靜脈輸液

護理部 製作

諮詢專線：(04)7113456#8691、8791

讚美專線：0809-055215

住址：彰化市中山路一段366號

服務專線：04-7113456



彰化基督教醫療財團法人

漢銘基督教醫院

CHANGHUA CHRISTIAN MEDICAL FOUNDATION
HANMING CHRISTIAN HOSPITAL

制定日期：2021年03月

修訂日期：2025年05月(三版)

51500-單張-中文-002-03

靜脈點滴是醫院中最常見的治療處置之一，藉由靜脈注射補充水分、營養、電解質跟藥物治療。

一、靜脈輸液時的照護注意事項：

1. **不可以自行調整點滴的速度。**
2. 若使用「點滴幫浦機器」時，**不可以自行觸碰機器面板**，當機器發出警告的聲音時，請通知護理師。
3. 為防止靜脈內的軟針跑位或接頭鬆脫，**勿用力拉扯點滴管路，打針的地方不可過度活動**，以維持輸液通暢。
4. 點滴瓶需**高於注射部位一個手臂的高度（90公分）**，注射部位盡量放低，防止血液回流凝固阻塞。
5. 使用病床上的床插式伸縮點滴架時，**請注意手部位置，預防夾傷。**
6. **注射部位要保持乾燥，以免增加感染機會**，建議用擦澡方式清潔身體，如需淋浴，注意不可弄濕注射部位。

7. 更換衣褲時，**不可以自行打開點滴管路接頭**，可請護理人員協助。

8. 點滴量多時，小便量會較多，使用尿布的病人，需勤換尿布，若可自行下床走路的病人，夜間下床上廁所時請注意預防跌倒。

二、以下情形請通知護理人員處理：

1. 點滴不滴或滴不順
2. 點滴幫浦機器發出警告聲
3. 注射部有滲濕
4. 貼布不服貼
5. 管路有空氣
6. 管路接頭鬆脫
7. 注射部位有疼痛
8. 注射部位上方沿靜脈走向有紅、腫、熱、痛等靜脈炎的症狀。

自我評量(是非題)

- () 1.發現點滴滴的太快時，可以自行調整慢一點。
- () 2.點滴瓶的高度必須高於注射部位。
- () 3.打點滴的部位不可以弄濕。

參考資料：

彰基護理部(2024)・兒童靜脈輸液的照護
(第四版)・衛教單張

漢銘基督教醫院護理部靜脈注射法和照護
指引(編號: CW-51500-002)

題 號	1	2	3
解 答	×	○	○